

POWIAT GOSTYŃSKI
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń
NIP 696-185-25-46
Regon 411050480

Gostyń, dnia 26.02.2020 r.

Dotyczy sprawy: WZI-OT.272.1.2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Z DNIA 24 i 25 lutego 2020 r.

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na: ***Dostawę części I wyposażenia w ramach realizowanego zadania pn.: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”.***

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniem jakie w dniach 24 i 25.02.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego od **Wykonawców**:

1. Zamieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl treść zapytań – bez ujawniania źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

Zapytanie od Wykonawcy nr 1 z 24.02.2020 r.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Podnośnik Transportowo-kąpielowy

Czy zamawiający dopuści równoważny podnośnik o wysokości podnoszenia 1647 mm (to zaledwie 53 mm różnicy co nie stanowi funkcjonalnej różnicy) i maksymalnej zewnętrznej szerokości podstawy 965 mm (to zaledwie 65 mm różnicy, co nie stanowi funkcjonalnej różnicy)? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiający **dopuszcza** podnośnik o wysokości podnoszenia 1647 mm i maksymalnej zewnętrznej szerokości podstawy 965 mm. Reszta parametrów bez zmian.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Podnośnik Bariatryczny

Czy zamawiający dopuści równoważny podnośnik Bariatryczny o wysokości podnoszenia 181 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiający **dopuszcza** podnośnik Bariatryczny o wysokości podnoszenia 181 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Zapytania od Wykonawcy nr 2 z 25.02.2020 r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji "**Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa**" na rzecz oddzielnego **Pakietu** w celu otrzymania alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższająco technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego ?

Odp. Zamawiający **nie wydzieli** odrębnego pakietu dla pozycji "**Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa**"

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością połączenia dwóch pomp w jeden zestaw z automatycznym trybem przejmowania infuzji przez drugą pompę po zakończeniu infuzji pompy pierwszej za pomocą opcjonalnej stacji dokującej? Aktualnie obserwuje się odwrót od stosowania modeli dwustrzykawkowych. Ich użycie było swego czasu bardzo powszechne i motywowane względami ekonomicznymi - tym niemniej ryzyko błędnego wprowadzenia danych (zmiana przepływu, podaż bolusa) lub zamiany strzykawek jest zdecydowanie większe przy użyciu takiej pompy, niż przy używaniu dwóch oddzielnych urządzeń. Możliwość popełnienia błędu zwiększa się w sytuacjach nagłych. Ponadto pompy dwutorowej nie można podzielić na dwie niezależne pompy - nie wolno stosować jej dla dwóch różnych pacjentów (każdy tor dla innego chorego). Wadą jest też większy ciężar pojedynczego urządzenia. Wszystkie te argumenty sprawiły, że organizacje zajmujące się bezpieczeństwem procedur medycznych uznały pompy dwutorowe za niebezpieczne i nie zalecają ich stosowania.

Odp. Zamawiający **nie dopuszcza** pompy strzykawkowej wg powyższego opisu. Dostawa pompy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazda elektryczne, agregaty.

Odp. Zamawiający **dopuszcza** pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian –
składanie ofert do dnia 18.03.2020 r. do godz. 09:30, otwarcie ofert w dniu 18.03.2020 r. o godz. 10:00.

Z poważaniem

z up. Zarządu Powiatu

Leszek Małiński
Sekretarz Powiatu