

Gostyń, dnia 08.07.2020 r.

Dotyczy sprawy: WZI-OT.272.3.2020

DO WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Z DNIA 7 lipca 2020r.

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na: **dostawę wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w ramach realizowanego zadania pn.: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”**

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z zapytaniem jakie w dniu 7 lipca 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego od **Wykonawcy**:

1. Zamieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl treść zapytania – bez ujawniania źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedź na zapytanie wniesione przez Wykonawcę.

Pytanie 1

Zapytanie od Wykonawcy z 7.07.2020 r.

Pytanie 1

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. Załącznik nr 3 do SIWZ STREFA STERYLNA 9 poz 1):
Dot. Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi wymiary (+/-2cm): szerokość 61cm, głębokość 92cm, wysokość 182cm, wykonanie stal nierdzewna 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm ze stopkami z wytrzymałego tworzywa. Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego Czy regały mają być ze stali chromowanej (stal węglowa zwykła) , czy ze stali nierdzewnej 0H18N9 . Obie rzeczy obecnie się wykluczają.

Odp. Regał ma być wykonany ze stali nierdzewnej 0H18N9.

Pytanie 2

Dotyczy Umowy:

§5 ust 5 Prosimy o modyfikację zapisu tak, żeby możliwa była wymiana trzykrotnie naprawianego podzespołu zamiast całego Sprzętu czy Urządzenia.

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odp. Zamawiający usunie zapis §5 ust 5.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian –
składanie ofert do dnia 17.07.2020 r. do godz. 09:00, otwarcie ofert w dniu 17.07.2020 r. o godz. 09:30.

Z poważaniem

z up. Zarządu Powiatu

Leszek Maliński
Sekretarz Powiatu