

Gostyń, dnia 24.07.2020 r.

Dotyczy sprawy: WZI-OT.272.3.2020

DO WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ Z DNIA 17 lipca 2020 r.

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na: ***Dostawę części II wyposażenia w ramach realizowanego zadania pn.: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”.***

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z zapytaniem jakie w dniu 17 lipca 2020 r. wpłynęło do Zamawiającego od **Wykonawcy**:

1. Zamieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl treść zapytania – bez ujawniania źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedź na zapytanie wniesione przez Wykonawcę.

Zapytanie od Wykonawcy z 17.07.2020 r.

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU

Część 4

Rejestrator ciśnienia

Pyt.1 Możliwość podziału doby do 10 podokresów pomiarowych

Czy Zamawiający dopuści system z możliwością podziału doby na 5 podokresów pomiarowych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Pamięć – do 1000 badań

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją rejestracji ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (400 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Tryb stacjonarnego ciśnieniomierza bez baterii

Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez funkcji stacjonarnego ciśnieniomierza bez baterii?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4. Dot. Części II

Pkt. 4 Oszczędność energii w trybie wielogodzinnej rejestracji.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją rejestracji ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (400 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów, na jednej parze baterii?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 Zakres mierzonego ciśnienia 0-300 mm Hg

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z zakresem mierzonego ciśnienia 0-299 mm Hg?

Odp. Zamawiający dopuści rejestrator z zakresem mierzonego ciśnienia 0-299 mm Hg.

Pyt. 6 Kolorowy, graficzny wyświetlacz OLED

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z monochromatycznym wyświetlaczem LCD?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Zasilanie: 4x AA baterie lub akumulatory

Czy Zamawiający dopuści rejestrator zasilany z 2 baterii lub akumulatorów AA?

Odp. Zamawiający dopuści rejestrator zasilany z 2 baterii lub akumulatorów AA.

Pyt. 8 Wymiary rejestratora: 90 x 36 x 93 mm

Czy Zamawiający dopuści rejestrator o wymiarach 113x75x26 mm?

Odp. Zamawiający dopuści rejestrator o wymiarach 113x75x26 mm.

Część 5

Holter EKG z oprogramowaniem do analizy holterowskiej

Pyt. 1 Rejestrator holterowski EKG 3,6,12 odprowadzeniowy

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z opcją 5, 7, lub 10 odprowadzeniową?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z opcją podglądu zapisu EKG na wyświetlaczu wbudowanym w rejestrator?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Zapis na kartę micro SDHC

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z kartą pamięci SD?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4 Możliwość rejestracja sygnału EKG przez okres: 24 h, 48h lub 7 dni.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z zapisem 3 kan. Do 7 dni, 12 kan. Do 2 dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 Możliwość uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością uruchomienia rejestracji po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy klawisza M, lub automatycznie po 3 minutach?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 Możliwość analizy retrospektywnej i prospektywnej
Czy Zamawiający dopuści analizę zapisu EKG w trybie retrospektywnym, bez opcji prospektywnej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
Czy Zamawiający dopuści system bez prezentacji trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8 Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator bez funkcji bezprzewodowej transmisji danych umożliwiającą podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9 Klasa bezpieczeństwa: z zasilaniem wewnętrznym
Czy Zamawiający dopuści system Grupa 1 Klasa B?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Część 7

System wysiłkowy z cykloergometrem

Pyt. 1 Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST
Czy Zamawiający dopuści system bez prezentacji trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Możliwość definiowania własnych protokołów: Indywidualizowany, RAMP, Stopniowany wbudowany w preferencje protokołu testu kwestionariusz oceny wydolności WSAQ.
Czy Zamawiający dopuści system z możliwością pomiarów i analizy ryzyka nagłej śmierci korzystając z kryterium Duke'a?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4 Rehabilitacyjny cykloergometr z wbudowanym modułem EKG przeznaczony do badań wydolnościowych
Bardzo proszę o uściślenie, co Zamawiający ma na myśli pisząc „Rehabilitacyjny cykloergometr z wbudowanym modułem EKG”? Czy moduł EKG ma być fizycznie wbudowany w korpus roweru?
Czy Zamawiający dopuści system z bardziej nowoczesnym modułem EKG?

Odp. Zamawiający dopuści system z bardziej nowoczesnym modulem EKG.

Pyt. 5 12 standardowych doprowadzeni w trybie diagnostycznym, 2 odprowadzenia w trybie treningowym

Proszę o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający miał na myśli analizę z dwóch kanałów EKG, jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści analizę EKG z jednego kanału EKG?

Odp. Analiza z dwóch kanałów EKG, zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści dwa oddzielne moduły EKG, z dwiema aplikacjami.

Umożliwiające przeprowadzenie rejestracji sygnału EKG – w trybie diagnostycznym z 12 standardowych doprowadzeni, oraz w trybie treningowym z 1 odprowadzenia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 Zakres obciążenia: 25 – 400

Czy Zamawiający dopuści ergometr z zakresem obciążenia w zakresie 20-400 W?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Zakres obrotów: 20 – 130 obr./min, obciążenie niezależne od liczby obrotów

Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem tętna: 30 – 130 obr/min.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9 Przesuw 25/50/100 mm/

Czy Zamawiający dopuści system z prędkością przesuwu zapisu EKG: 25 i 50 mm/s?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10 Możliwość współpracy z systemem rehabilitacji kardiologicznej

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający w wymogu „możliwość współpracy z systemem rehabilitacji kardiologicznej” miał na myśli współpracę ergometru?

Odp. Tak.

Pyt. 11 Zakres pomiaru HR 15-240 bpm

Czy Zamawiający dopuści system z bardziej nowoczesnym modulem EKG, nie wbudowanym w bieżnie czy cykloergometr?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12 Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz

Czy Zamawiający dopuści system z cyfrowymi filtrami izolinii 0,05 Hz, 0,32 Hz, 0,67 Hz, filtrami AC 50 i 60 Hz?

Odp. Zamawiający dopuszcza system z cyfrowymi filtrami izolinii 0,05 Hz, 0,32 Hz, 0,67 Hz, filtrami AC 50 i 60 Hz.

Pyt. 13 Maksymalna waga pacjenta min.180 kg
Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z maksymalną wagą pacjenta 160 kg?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian –
**składanie ofert do dnia 10.08.2020 r. do godz. 09:00, otwarcie ofert w dniu 10.08.2020 r. o
godz. 09:30.**

Z poważaniem



Wicestarosta
Janusz Sikora