

Gostyń, dnia 20.02.2020 r.

Dotyczy sprawy: WZI-OT.272.1.2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Z DNIA 14, 17 i 18 lutego 2020 r.

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na: ***Dostawę części I wyposażenia w ramach realizowanego zadania pn.: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”.***

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w związku z zapytaniami jakie w dniach 14,17 i 18.02.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego od **Wykonawców**:

1. Zamieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl treść zapytań – bez ujawniania źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

Zapytanie od Wykonawcy nr 1 z 14.02.2020 r.

Pozycja nr 4. Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z materacem oraz materacem zmiennociśnieniowym – ilość 12 sztuk.

Zwracamy się prośbą o wydzielenie pozycji: 4. Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z materacem oraz materacem zmiennociśnieniowym – ilość 12 sztuk, do osobnego pakietu. Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach

Odp. Zamawiający **nie wydzieli** odrębnego pakietu dla poz. 4 „Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z materacem oraz materacem zmiennociśnieniowym”.

Zapytania od Wykonawcy nr 2 z 17.02.2020 r.

POZ. 4 Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z materacem oraz materacem zmiennociśnieniowym

1. Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną 395-790 mm?
Odp. Zamawiający **dopuszcza** regulację elektryczną 395-790 mm.
2. Czy Zamawiający dopuści panel centralny bez dodatkowego przycisku umożliwiającego zaprogramowanie dowolnej pozycji? Oferowany panel centralny posiada wszystkie możliwe ustawienia za pomocą przycisków lub dedykowanych przycisków do różnych ustawień, więc funkcja ta jest zbędna.

- Odp.** Zamawiający **nie dopuszcza** panelu centralnego bez dodatkowego przycisku umożliwiającego zaprogramowanie dowolnej pozycji. Dostawa panelu zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe?
Odp. Zamawiający **nie dopuszcza** leża wykonanego z metalowych lameli montowanych na stałe.
4. Czy Zamawiający dopuści szczyty z tworzywa HPL o grubości 6 mm?
Odp. Zamawiający **nie dopuszcza** szczytów z tworzywa HPL o grubości 6 mm.
5. Czy Zamawiający dopuści metalowe uchwyty materaca?
Odp. Zamawiający **nie dopuszcza** metalowych uchwytów materaca
6. Czy Zamawiający dopuści dźwignie hamulca umieszczone przy kołach w formie blokady motylkowej, gdzie mamy blokadę centralną i blokadę kierunkową?
Odp. Zamawiający **dopuszcza** dźwignie hamulca umieszczone przy kołach w formie blokady motylkowej.
7. Czy Zamawiający dopuści obciążenie 250 kg?
Odp. Zamawiający **nie dopuszcza** obciążenia 250 kg. Obciążenie zgodnie z SIWZ.

POZ. 5 Łóżko bariatryczne

1. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości 430 -830 mm?
Odp. Zamawiający **dopuszcza** elektryczną regulację wysokości 430-830 mm.
2. Czy Zamawiający dopuści barierki z tworzywa po dwie na każdą stronę zabezpieczające pacjenta na całej długości z dodatkowym sterowaniem funkcji łóżka w barierkach ?
Odp. Zamawiający **nie dopuszcza** barierki z tworzywa po dwie na każdą stronę zabezpieczające pacjenta na całej długości z dodatkowym sterowaniem funkcji łóżka w barierkach.
3. Czy Zamawiający dopuści obciążenie 300 kg?
Odp. Zamawiający **nie dopuszcza** obciążenia 300 kg. Obciążenie zgodnie z SIWZ

Zapytania od Wykonawcy nr 3 z 18.02.2020 r.

1. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia lub dokona innego wydłużenia terminu.
Odp. Zamawiający **nie dopuszcza** 8 tygodniowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia i nie przewiduje innego wydłużenia terminu
2. Czy zamawiający wydzieli łóżka wielofunkcyjne elektryczne z materacem oraz materacem zmiennociśnieniowym (poz.4) do odrębnego pakietu?
Odp. Zamawiający **nie wydzieli** odrębnego pakietu dla poz. 4 „Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z materacem oraz materacem zmiennociśnieniowym”.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian –
składanie ofert do dnia 18.03.2020 r. do godz. 09:30, otwarcie ofert w dniu 18.03.2020 r. o godz. 10:00.

Z poważaniem

z up. Zarządu Powiatu
Leszek Maliński
Sekretarz Powiatu