

Gostyń, dnia 04.03.2020 r.

Dotyczy sprawy: WZI-OT.272.1.2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Z DNIA 26 i 27 lutego 2020 r.

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na: *Dostawę części I wyposażenia w ramach realizowanego zadania pn.: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”.*

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z zapytaniem jakie w dniach 26 i 27.02.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego od **Wykonawców**:

1. Zamieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl treść zapytań – bez ujawniania źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

Zapytania od Wykonawcy nr 1 z dnia 26.02.2020r.

Pytanie nr 1

Dotyczy pozycji 1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik transportowo-kąpielowy o wysokości podnoszenia do 1647 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza podnośnik transportowo-kąpielowy o wysokości podnoszenia do 1647 mm.

Pytanie nr 2

Dotyczy pozycji 1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik transportowo-kąpielowy o maksymalnej zewnętrznej szerokości podstawy jezdnej do 956 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza podnośnik transportowo-kąpielowy o maksymalnej zewnętrznej szerokości podstawy jezdnej do 956 mm.

Pytanie nr 3

Dotyczy pozycji 2

Czy zamawiający opisując udźwig podnośnika od 170 kg do 250 kg miał na myśli podnośnik którego udźwig maksymalny mieści się w podanym zakresie czy podnośnik który pracuje wyłącznie w zakresie obciążenia między 170 kg a 250 kg ?

Odp. Zamawiający miał na myśli podnośnik, którego udźwig maksymalny mieści się w podanym zakresie.

Pytanie nr 4

Dotyczy pozycji 2

Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania podnośnik dla osób o wadze poniżej 175 kg ?

Odp. Zamawiający dopuszcza podnośnik dla osób o wadze poniżej 175 kg.

Pytanie nr 5

Dotyczy pozycji 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik z podstawą jezdnią rozsuwaną za pomocą pedału ?


Odp. Zamawiający dopuszcza podnośnik z podstawą jezdnią rozsuwaną za pomocą pedału.

Pytanie nr 6

Dotyczy pozycji 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik o wymiarach podstawy jezdnej jak na rysunku:

Odp. Zamawiający dopuszcza podnośnik o wymiarach podstawy jezdnej jak na rysunku poniżej.



C = 110 cm

D = 65 cm

E = 84 cm

Pytanie nr 6

Dotyczy pozycji 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bariatryczne o wymiarach 2150x970 mm ?

Pytanie nr 7

Dotyczy pozycji 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bariatryczne bez przechyłów Trendelendurga i anty- Trendelendurga ?

Odp. Zamawiający dopuszcza łóżko bariatryczne bez przechyłów Trendelendurga i anty- Trendelendurga.

Pytanie nr 8

Dotyczy pozycji 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bariatryczne z regulacją zmiany wysokości w zakresie od 390 do 820 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza łóżko bariatryczne z regulacją zmiany wysokości w zakresie od 390 do 820 mm.

Pytanie nr 9

Dotyczy pozycji 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bariatryczne bez możliwości wydłużenia leża?

Odp. Zamawiający dopuszcza łóżko bariatryczne bez możliwości wydłużenia leża.

Pytanie nr 10

Dotyczy pozycji 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bariatryczne z barierkami aluminiowymi składanymi wzdłuż ramy leża zabezpieczającymi chorego na długości 75% boku łóżka?

Odp. Zamawiający dopuszcza łóżko bariatryczne z barierkami aluminiowymi składanymi wzdłuż ramy leża zabezpieczającymi chorego na długości 75% boku łóżka.

Pytanie nr 11

Dotyczy pozycji 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bariatryczne o bezpiecznym obciążeniu roboczym 320 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza łóżko bariatryczne o bezpiecznym obciążeniu roboczym 320 kg?

Pytanie nr 12

Dotyczy pozycji 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością punktowego montażu uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne?

Odp. Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością punktowego montażu uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne.

Zapytanie od Wykonawcy nr 2 z 27.02.2020 r.

Pytanie nr 1

Dotyczy pozycji 1

Czy zamawiający wyodrębni pozycję: nr 1 – Podnośnik transportowo – kąpielowy i nr 2 – Podnośnik Bariatryczny jako osobny Pakiet?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyodrębnienia osobnego pakietu.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian –
składanie ofert do dnia 18.03.2020 r. do godz. 09:30, otwarcie ofert w dniu 18.03.2020 r. o godz. 10:00.

Z poważaniem

z up. Zarządu Powiatu

Leszek Maliński
Sekretarz Powiatu