

Gostyń, dnia 18.06.2020 r.

Dotyczy sprawy: WZI-OT.272.3.2020

DO WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Z DNIA 16 czerwca 2020 r.

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na: ***Dostawę części II wyposażenia w ramach realizowanego zadania pn.: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”.***

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z zapytaniem jakie w dniu 16 czerwca 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego od **Wykonawcy**:

1. Zamieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl treść zapytania – bez ujawniania źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedź na zapytanie wniesione przez Wykonawcę.

Zapytania od Wykonawcy z dnia 16.06.2020 r.

Dotyczy Załącznika nr 1 Specyfikacja techniczna zakupowanego sprzętu – poz. 3 lampa stojąca przesuwana nad stołem

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje dostawy lampy na statywie jezdnym.

Odp. Tak. Zamawiający oczekuje dostawy lampy na statywie jezdnym.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy z regulowanym natężeniem oświetlenia bezdotykowego 50 ÷ 100%. Z naszej wiedzy wynika, że nie ma rynku lampy z podanym przez Zamawiającego zakresem regulacji natężenia oświetlenia spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza lampy z regulowanym natężeniem oświetlenia bezdotykowego 50 ÷ 100%. Dostawa lampy zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 1 Specyfikacja techniczna zakupowanego sprzętu – poz. 4 Rejestrator ciśnienia

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rejestratora ciśnienia z 6 okresami pomiarowymi spełniającymi pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rejestratora ciśnienia z 6 okresami pomiarowymi spełniającymi pozostałe wymogi SIWZ. Dostawa rejestratora zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – **składanie ofert do dnia 30.06.2020 r. do godz. 09:00, otwarcie ofert w dniu 30.06.2020 r. o godz. 09:30.**

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski