

Gostyń, dnia 16.07.2020 r.

Dotyczy sprawy: WZI-OT.272.3.2020

DO WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ Z DNIA 10 lipca 2020 r.

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na: ***Dostawę części II wyposażenia w ramach realizowanego zadania pn.: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”.***

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z zapytaniem jakie w dniu 10 lipca 2020 r. wpłynęło do Zamawiającego od **Wykonawcy**:

1. Zamieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl treść zapytania – bez ujawniania źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedź na zapytanie wniesione przez Wykonawcę.

Zapytanie od Wykonawcy 1 z 10.07.2020 r.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z podstawą jezdnią z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania kół tylnych każdego z osobna oraz blokowania kół przednich przy pomocy naciśnięcia nożnego przycisku blokady ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z obrazowaniem harmonicznym z min. 6 pasmami częstotliwości ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez
możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z pulpitem sterowniczym podświetlanym w min. 1 kolorze ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kątem skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promieniem max. R10 mm oraz obrazowaniem harmonicznym ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta

bez możliwości rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania?

Bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania w żaden sposób nie pomoże w lepszej diagnostyce obrazowej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie od Wykonawcy 2 z 10.07.2020 r.

Pytanie 1

Pytania do Aparatu EKG z wózkiem z możliwością blokady kół

Czy zamawiający dopuści

- Bez możliwości wysyłania badań EKG/wiadomości medycznych na adres e-mail bezpośrednio z aparatu?
- O czułości wydruku 5, 10, 20 mm/mV?
- Bez możliwości rozbudowania o dodatkowy aparat do spirometrii?
- Sygnalizujący pobudzenia stymulatora bez dźwięku?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Pytania do Stół Zabiegowy z regulacją wysokości

Czy zamawiający dopuści:

- tapicerkę skóropodobną dostępną w 16 kolorach?
- stół z 2 regulowanymi stopkami i dwoma kółkami do łatwego transportu?
- ramę wokół podstawy stołu do regulacji wysokości zamiast pilota ręcznego? Jest to najwygodniejsze rozwiązanie na rynku ponieważ daje dostęp do regulacji wysokości z każdego miejsca wokół stołu bez odrywania rąk od wykonywanej czynności.

- Stół o głębokości 205 cm
- Stół o szerokości 64 cm
- regulację wysokości w zakresie 52-103 cm
- regulację zagłówka od -70 do 40 stopni
- stół o dużo wyższej wytrzymałości, gdzie obciążenie maksymalne oto 200 kg
- stół o wadze 105 kg
- stół o regulacji kąta łamania leża od 0 do 24 stopni

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pytania do Rejestrator ciśnienia

Czy zamawiający dopuści:

- Urządzenie o pamięci do 300 pomiarów?
- Bez trybu stacjonarnego pomiaru bez baterii?
- Z ekranem LCD?
- Bez prezentacji wyniku ostatniego pomiaru?
- O wymiarach 128 x 75 x 30 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pytania do Holter EKG z oprogramowanie

Czy zamawiający dopuści holterekg o następujących parametrach?

Oprogramowanie do analizy:

- unikalne i proste panele zarządzania oraz interfejs użytkownika
- precyzyjna i szczegółowa analiza przedsionkowa
- precyzyjna analiza migotania przedsionków z oceną rodzaju migotania i rytmu poprzedzającego
- analiza QT i ST
- analiza zmienności rytmu serca
- analiza arytmii z przeglądem i pasmami zdarzeń
- inteligentne narzędzie do czyszczenia danych
- analiza zdarzeń pacjenta
- analiza widmowa HRV umożliwiającą szybką ocenę układu współczulnego i przywspółczulnego
- działanie lokalne i sieciowe
- formaty DICOM, HL7
- raporty w formie informacyjnej i graficznej,
- zautomatyzowana narracja w raportowaniu
- szablony QRS
- analiza stymulatora
- możliwość ustawień parametrów analizy
- raport końcowy – możliwość tworzenia własnych komentarzy oraz wyboru elementów składowych
- wbudowany w system czytnik kodów kreskowych i QR
- opcjonalnie chmura do przechowywania bazy danych pacjentów

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

- Rejestrator EKG:
- 1- lub 3-kanalowe EKG
- pobieranie próbek EKG do 1000 Hz z możliwością regulacji
- rejestracja EKG online (bluetooth), dająca możliwość obejrzenia zapisu EKG w dowolnym momencie badania
- wodoszczelny, IP67
- próbkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z możliwością regulacji
- zasięg Bluetooth do 100 m
- pojemność pamięci: 16 GB, do 180 dni (zależne od ilości kanałów i częstotliwości)
- krótki czas ładowania, ok. 1,5 godziny
- transfer danych: micro-USB
- format danych: EDF (Europejski Format Danych)
- czas rejestracji na w pełni naładowanym akumulatorze: do 8 dni
- waga 18 g.
- wymiary maks. 5x3x1,5 cm
- mocowanie rejestratora na pacjencie nie wymagające etui i pasków

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pytania do system wysiłkowy z cykloergometrem

Czy zamawiający dopuści:

- 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym, 1 odprowadzenie w trybie treningowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian –
składanie ofert do dnia 10.08.2020 r. do godz. 09:00, otwarcie ofert w dniu 10.08.2020 r. o godz. 09:30.

Z poważaniem



Wicestarosta
Janusz Sikora