

Gostyń, dnia 23.07.2020 r.

Dotyczy sprawy: WZI-OT.272.3.2020

DO WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ Z DNIA 9 lipca 2020 r.

dotyczy:

przetargu nieograniczonego na: ***Dostawę części II wyposażenia w ramach realizowanego zadania pn.: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu”.***

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z zapytaniem jakie w dniu 9 lipca 2020 r. wpłynęło do Zamawiającego od **Wykonawcy**:

1. Zamieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat.gostyn.pl treść zapytania – bez ujawniania źródła zapytania.
2. Udziela poniżej odpowiedź na zapytanie wniesione przez Wykonawcę.

Zapytanie od Wykonawcy nr 1 z 9.07.2020 r.

Pyt. 1. dot. Części II

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością zapisu wstecznego EKG do 10 sek.?

Odp. Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością zapisu wstecznego EKG do 10 sek.

Pyt. 2. dot. Części II

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem LCD 5,7" z panelem dotykowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3. dot. Części II

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością pracy min.90 minut na pracy akumulatorowej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4. dot. Części II

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć internet, jednakże z możliwością

podłączenia aparatu do dedykowanej platformy kardiologicznej, która obsługuje m.in. aparaty EKG, holtery RR, holtery EKG, próby wysiłkowe oraz spirometrię.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5. dot. Części II

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z co najmniej jednym portem USB bez możliwości archiwizacji badań za dany okres na zewnętrznym nośniku. Lecz z możliwością podłączenia do dedykowanej platformy kardiologicznej, która posiada możliwości archiwizacji badań za dany okres?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6. dot. Części II

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez funkcji telemedycznych: wysyłanie badań EKG/wiadomości medycznych na adres e-mail bezpośrednio z aparatu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7. dot. Części II

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o pamięci wewnętrznej min. 400 badań, z możliwością eksportu danych do dedykowanej platformy kardiologicznej, gdzie ilość zapisanych na niej badań jest nieograniczona?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 1. dot. Części IV

Czy Zamawiający dopuści rejestrator RR z pamięcią do 600 pomiarów podczas badania?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dot. Części IV

Czy Zamawiający dopuści rejestrator RR bez trybu stacjonarnego ciśnieniomierza bez baterii?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. dot. Części IV

Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez oszczędności energii w trybie wielogodzinnej rejestracji?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. dot. Części IV

Czy Zamawiający dopuści rejestrator RR z zakresem mierzonego ciśnienia 30-300 mm Hg?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dot. Części IV

Czy Zamawiający dopuści rejestrator RR o zasilaniu 2x AA baterie lub akumulatory?

Odp. Zamawiający dopuści rejestrator RR o zasilaniu 2x AA baterie lub akumulatory.

Pytanie 6. dot. Części IV

Czy Zamawiający dopuści rejestrator RR o wymiarach 70mm x 99mm x 30 mm?

Odp. Zamawiający dopuści rejestrator RR o wymiarach 70mm x 99mm x 30 mm.

Pytanie 1. dot. Części V

Czy Zamawiający dopuści rejestrator holterowski 3-,7,12-kanalowy z 5 odprowadzeniami przy rejestracji 3 i 7 kanałów oraz 10 odprowadzeniami przy rejestracji 12 kanałów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dot. Części V

Czy Zamawiający dopuści zapis na kartę SD?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. dot. Części V

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z 1 przyciskiem zdarzeń pacjenta oraz wbudowanym mikrofonem, który umożliwia rozpoznanie nieskończenie wielu zdarzeń pacjenta za pomocą komunikatu głosowego pacjenta?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. dot. Części V

Czy Zamawiający dopuści możliwość analizy retrospektywnej bez możliwości analizy prospektywnej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dot. Części V

Czy Zamawiający dopuści prezentację wyników w formie trendów z analizą HRV oraz ST bez trójwymiarowych trendów ST i HRV?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie od Wykonawcy nr 2 z 9.07.2020 r.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – CZĘŚĆ II – APARAT EKG Z WÓZKIEM Z MOŻLIWOŚCIĄ BLOKADY KÓŁ

Pytanie nr 1 – Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w zapis wstecznego przebiegu EKG do 24 sekund? Jest to niewielka różnica względem wymaganej aktualnie.

Odp. Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w zapis wstecznego przebiegu EKG do 24 sekund.

Pytanie nr 2 – Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wysokiej jakości, dotykowy ekran LCD o przekątnej 5" o wysokiej rozdzielczości? Jest to minimalna różnica względem aktualnie wymaganej przekątnej ekranu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 – Pkt. 19

W przypadku badań medycznych, w tym EKG, bardzo ważnym elementem jest bezpieczeństwo danych pacjenta, używanie komunikacji z wykorzystaniem adresu e-mail poziom bezpieczeństwa danych znacząco obniża – możliwość wysłania na dowolny adres, możliwość popełnienia literówki w adresie e-mail itd. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w możliwość eksportu badań EKG na dysk USB – pendrive (z możliwością blokady dysku), określony wcześniej dysk sieciowy/serwer FTP lub inny aparat EKG, ale bez możliwości wysyłania badań na adres e-mail bezpośrednio z aparatu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 – Pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości rozbudowy o moduł przesiewowego badania spirometrycznego? Niniejszy punkt charakterystyczny jest dla konkretnego producenta aparatów EKG, co więcej jest tylko możliwością rozbudowy i nie ma wpływu na oferowany aktualnie produkt, a co najważniejsze badanie spirometryczne wykonane z poziomu aparatu EKG jest dalekie od właściwych badań spirometrycznych wykonywanych na dedykowanych do tego i certyfikowanych urządzeniach medycznych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – CZĘŚĆ V – HOLTER EKG Z OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY
HOLTEROWSKIEJ**

Pytanie nr 1 – Pkt. 3 i Pkt. 9 i Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści rejestrator holterowski wyposażony w kolorowy ekran do poglądu zapisu EKG w dowolnym momencie przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu badania EKG bez wysyłania do systemu holterowskiego w czasie rzeczywistym w trybie bezprzewodowym? Badanie holterowskie ma na celu głównie zbadanie pracy serca pacjenta w jego naturalnym środowisku. Bardzo często wiąże się z faktem, że pacjent zabiera rejestrator holterowski do domu i dopiero po powrocie pacjenta do placówki medycznej zapis jest importowany do programu analizującego EKG i tam analizowany w całości. Transmisja EKG w czasie rzeczywistym nie ma najmniejszego sensu w kontekście analizy zapisu i diagnozowaniu pacjenta. Co więcej taka funkcjonalność dotyczy głównie systemu telemetrycznego, a nie holterowskiego i to tylko i wyłącznie w zakresie działania sieci wifi czyli oddziału szpitalnego lub przychodni.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 – Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści system analizy holterowskiej wyposażony w możliwość dowolnej prezentacji wyników w tym trendów dwuwymiarowych ST i dwu- i trójwymiarowych trendów HRV?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

Pytanie 1 – dotyczy §4 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w ustępu w sposób następujący:

„W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zgodnie ze swoim wyborem, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia awarii lub usterki albo wady „Wypożyczenia” do: (...)”

Odp. Zamawiający dokona zmiany w/w ustępu.

Pytanie 2 – dotyczy §8 ust. 1 pkt. 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w ustępu w sposób następujący:

„opóźnienie w dostarczeniu lub świadczeniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie urzędowania za każdy dzień zwłoki”.

Odp. Zamawiający nie zmieni w/w ustępu.

Pytanie 3 – dotyczy §8 ust. 1 pkt. 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w ustępu w sposób następujący:

„innego rodzaju nienależytą, niezgodną z umową dostawę „Wypożyczenia” - w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, za każde stwierdzone naruszenie”

Odp. Zamawiający nie zmieni w/w ustępu.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian –
składanie ofert do dnia 10.08.2020 r. do godz. 09:00, otwarcie ofert w dniu 10.08.2020 r. o godz. 09:30.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski
podpis